

关于开展春季开学实验室 安全检查工作的通知

各学部、实验室相关单位：

新学期开学在即，为扎实做好实验室安全工作，及时排查并消除各类安全隐患，确保本学期实验教学和科研工作安全有序开展，现决定组织开展春季开学实验室安全专项检查。有关事项通知如下：

一、检查范围

全校各学部所属的教学实验室、准备室、仪器室及相关实验场所。

二、检查内容

危险品管理：易燃、易爆、有毒、腐蚀性及病原微生物等风险物品存放是否规范，台账是否清晰，领用记录是否完整。

仪器设备安全：大型精密仪器、高温高压设备（如灭菌锅）、烘箱等运行是否正常，操作规程是否上墙。

环境卫生与通排风：实验室是否整洁，无杂物堆放；通风系统运行是否正常；实验废弃物是否按规定分类收集、暂存。

准入与应急：实验室门口风险信息牌是否更新；急救箱物品是否齐全；新学期首次进入实验室的师生是否进行安全提醒。

水电安全：实验室用电线路是否规范，有无私拉乱接、超负荷用电；水槽、下水道是否通畅，无漏水。

消防安全：灭火器、消防栓是否正常有效，消防通道是

否畅通，应急灯、疏散标识是否完好。

三、工作安排

各部门自查：即日起至2月28日，各学部组织人员对照《春季开学实验室安全检查表》（见附件）进行全面自查，对发现的问题立行立改；无法自行整改的，请在表格中注明并提交实验室与资产管理办公室协调处理。

材料报送：3月2日17:00前，将经学部负责人签字盖章的检查表纸质版交至实验室与资产管理办公室，电子版发送至邮箱 2996264875@qq.com

四、工作要求

各学部要高度重视实验室安全，落实安全责任人制度，确保检查不留死角。

认真排查，如实填报，对发现的安全隐患要建立台账，能立即整改的立即整改，暂不能整改的要明确防范措施。

完善实验室安全台账，包括日常检查记录、设备使用记录、危险品领用记录等。

附件：春季开学实验室安全检查表

春季开学实验室安全检查表

实验室房间：_____

检查日期：_____

实验室责任人（签字）：_____

检查人员（签字）：_____

检查项目	检查内容	检查结果	问题描述及具体位置	整改情况
危险品管理	易燃、易爆、有毒、腐蚀性及病原微生物等风险物品存放规范（如双人双锁）	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合		
	危险品台账清晰，账物相符，领用记录完整	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合		
仪器设备安全	大型精密仪器、高温高压设备（灭菌锅）、烘箱等运行正常	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合		
	相关操作规程已上墙	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合		
环境卫生与通排风	实验室整洁，无杂物堆放，无食品饮料	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合		
	通风系统运行正常，通风橱使用后复位	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合		
	实验废弃物分类收集、容器密封、标签清晰，暂存规范	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合		
准入与应急	实验室门口风险信息牌已更新（责任人、风险类别、应急电话）	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合		
	急救箱物品齐全，无过期药品	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合		
	新学期首次进入实验室的师生已进行安全提醒或准入教育	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合		
其他隐患	其他（如防盗、放射源、病原微生物等）	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合		
水电安全	用电线路规范，无私拉乱接、超负荷用电	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合		
	水槽、下水道通畅，无漏水	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合		
消防安全	灭火器压力正常、在有效期内，摆放位置明显	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合		
	消防栓配件齐全，无遮挡	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合		
	消防通道畅通，应急灯、疏散标识完好	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合		